

附着力测量—拉拔式附着力仪

TQC 是一家荷兰油漆测试设备制造商，以其创新和突破而闻名；Sheen 仪器公司已有 70 多年的历史，是油漆行业实验室设备的制造商。2017 年底，TQC 公司正式收购英国 Sheen 仪器公司。如今，两家公司强强联合。新的品牌名称为 TQC Sheen，代表着品牌能提供最广泛的油漆测试设备，包括实验室检测设备、工业表面涂层测试设备和保护涂层试验设备等。

拉拔式附着力仪

Defelsko Positest AT-M 50mm 拉拔式附着力仪是手动式拉拔附着力仪，使用 50mm 尺寸的顶子，适用于测量较低粘接的附着力涂层，如木器漆、混凝土涂层和塑胶漆等。PosiTest AT-M 50mm 拉拔式附着力仪可测量的范围为 50~500psi，相比 20mm 顶子型号的测量范围要窄一些，是数显测试结果，显示分辨率为 0.01MPa。附着力仪配备优质软管可用于测量比较难测的区域，并且具有 USB 接口可连接 PC。

产品结构

Defelsko Positest AT-M 50mm 拉拔式附着力仪的结构部件有：1.5 米的优质软管、USB 端口、拉拔头、手动液压泵、快速套筒、液晶显示表。其中快速套筒的作用是 PosiTest A 附着力检测仪利用套筒内的轴承滚珠快速锁住顶子顶端以确保准确定位，产生均衡的拉拔力。



符合标准

PosiTest AT-M 50mm 拉拔式附着力仪符合 ATSM D4541 和 ISO 4642 标准。

测量原理

PosiTest AT-M 50mm 拉拔式附着力仪是将单位面积的涂层从集体分离所需要的拉力，以 MPa 和 Psi 表示。

PosiTest AT-M 50mm 和 20mm 对比

型号	PosiTest AT-M 20mm	PosiTest AT-M 50mm
顶子规格	20mm	50mm
典型应用	金属上的涂层	混凝土、木材、塑料上的涂层
范围	0.7 - 20 MPa 100 - 3000 Psi	0.4 - 3.5 MPa 50 - 500 Psi
分辨率	0.01 MPa (1 Psi)	
精度	±1% 满量程	



更多产品咨询请联系：

电话：13901312374

邮箱：13901312374@139.com

